

Příloha č.1

Věc: Specifikace k zadávací dokumentaci - „ Polohovatelná nemocniční elektricky nastavitelná lůžka pro následnou péči“

Minimální technické požadavky :

Lůžko polohovatelné s elektrickým pohonem

- bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad!
- stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
- rozměr ložné plochy cca 200 x 85 cm
- bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg
- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min 42 - 70 cm pro bezpečnou práci personálu, péči a mobilizaci pacienta
- polohovatelná čtyřdílná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů
- díly ložné plochy kompaktní s jednoduchou čistitelností
- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru
- mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
- pevná čela (jednoduše čistitelná), s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
- postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, ovladatelné jednou rukou (bezpečné odjištění nejméně dvěma nezávislými pohyby!)
- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, Trendelenburgova poloha,...)
- patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování
- pojízdné lůžko, 4 kolečka -průměr minimálně 125 mm s centrálním ovládním brzd,
- oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství (držák infuzí, hrazda, drátěný držák na bažanta)
- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
- sesterský ovládací panel zabudovaný do konstrukce lůžka

Pasivní antidekubitní matrace k lůžku

- jádro ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m³, podélný a příčný antidekubitní prořez zajišťující zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra, antidekubitní matrace musí mít minimální nosnost 170 kg
- potah snadno snímatelný, zip minimálně ze dvou stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný
- materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný
- pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů (Norton 21 - 25)
- rozměr dle lůžka, výška min. 12 cm

Příslušenství

- hrazda s výškově stavitelnou rukojetí, drátěný košík na bažanta, držák infuzních roztoků